



单一来源专家论证意见表

申请单位	温州医科大学附属口腔医院		
拟采购项目名称	定制式固定义齿（增材制造）		
年预估采购金额	23 万元/年		
项目概况	2025 年温州医科大学附属口腔医院定制式固定义齿（增材制造）采购项目经 2 轮采购公告后有效报名只有一家，目前符合项目需求的供应商仅有杭州泰利斯医疗科技有限公司。申请采用单一来源采购方式，以保障医院口腔修复医疗服务的高质量开展。		
拟定供应商	杭州泰利斯医疗科技有限公司		
申请单一来源采购理由	2025年温州医科大学附属口腔医院定制式固定义齿（增材制造）采购项目于2025年01月15日及2025年03月11日发布采购公告，截至投标截止时间，有效响应供应商均只有杭州泰利斯医疗科技有限公司。 杭州泰利斯医疗科技有限公司目前是拥有3D打印氧化锆修复体III类注册证的供应商，并拥有以下特点： 1. 技术优势显著：目前氧化锆陶瓷材料主流加工方式存在原材料浪费、铣刀磨损、成型精度受限及增加修复体碎裂风险等问题。而喷墨定制工艺ACJ3D打印技术，具有超高加工精度、修复体粘接性强、遮色性强、使用寿命长等优势。多项权威研究已证实，使用ACJ3D制造的氧化锆在尺寸精度、临床适应性、粘接性能、遮色性能等方面表现优异。 2. 注册证：获批注册证（国械注准20233170595 ）结构组合：产品由氧化锆浆料经增材制造热固化工艺制成。有别于传统减材工艺及光固化3D打印工艺。 3. 使用寿命长：传统减材制造氧化锆修复体理论使用寿命为 5 年，受加工工艺限制，长期使用稳定性受影响。ACJ3D打印氧化锆修复体理论使用寿命达15年，且实现无孔隙高致密结构，抗疲劳性能显著提升，一体化成型降低失效风险。		
专业 人员 论证 意见	专家论证认为“采购文件没有不合理条款”，公告及程序符合规定，且只有 1 家（杭州泰利斯医疗科技有限公司）投标单位递交投标文件，为符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条 第（一）项只能从唯一供应商处采购的情形。 目前仅有杭州泰利斯医疗科技有限公司提供的产品由氧化锆浆料经增材制造热固化工艺制成，可满足温州医科大学附属口腔医院对打印陶瓷材料高精度、高性能、长寿命及高安全性方面的要求，故本项目建议采用单一来源方式进行采购。		
	专家信息	姓名： 工作单位：温州大附二医院 职称：主任医师 姓名： 工作单位：温医大附属眼视光医院 职称：经济师 姓名： 工作单位：温州市中心医院 职称：工程师	